

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Megrendelő / Client	Indikáció Kft.
Rendelésszám / PO number	24-24
Terméknév / Product name	Articsóka
Azonosító / Lot number	1612001
Vizsgálat dátuma / Date of analysis	2024.03.11. 2024.05.17.
Vizsgálati jelentés / Test report	VJ-ART-TLC-001/2024 VJ-ART-HPLC-001/2024

Vizsgálat Test	Követelmény Requirement	Eredmény Result	Módszer Method
Azonossági vizsgálat (vékonyréteg- kromatográfia) Identification test (thin- layer chromatography)	A referencia és minta oldatok kromatogramján megjelenő zónák színe és sorrendje feleljen meg a gyógyszerkönyvi követelménynek The color and sequence of zones present in the chromatograms obtained with the reference and test solutions must comply with the pharmacopoeial requirement	Megfelelt Complies	Ph. Eur. 04/2018:1866
Klorogénsavtartalom (%) (HPLC) Chlorogenic acid content (%) (HPLC)	min. 0,7%	Megfelelt Complies 1,4%	Ph. Eur. 04/2018:1866

Szeged, 2024.05.29.



Dr. Csupor-Löffler Boglárka Ph.D

Ügyvezető / Executive Director